1.) Kenndaten (Gerätespezifikation):

- Gerätetyp/-bezeichnung: *(entsprechend ausfüllen)*
- Hersteller: *(entsprechend ausfüllen)*
- Seriennummer: *(entsprechend ausfüllen)*

2.) Bedienung:

Details zur Bedienung sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen. (*Standort der Bedienungsanleitung, nach Bedarf anpassen*)

a) Anwendungsbereich

Der Wägebereich beträgt… *(siehe Aufkleber des Herstellers).*
Die ermittelte Mindesteinwaage, mit der eine Wägung von Wirkstoffen mit 1%-iger Genauigkeit erfolgt, beträgt ..
Diese Parameter müssen bei jeder Wägung beachtet werden.

b) Betrieb

- Libelle in die Mitte des Kreises mit Fußdrehknöpfen einstellen
- Zum Tarieren TARA drücken
- Waagschale aufsetzen, TARA drücken, Wägegut auflegen, Gewicht ablesen
- Ausdruck bzw. Ablesen bei konstanter Gewichtsangabe
- Bei Verwendung eines Druckers: Druck von Kopf- und Fußzeile, bei Bedarf Ausdruck der Statistik (STAT-Taste) *(nach Bedarf anpassen)*

c) Sicherheitshinweise

Zum Erreichen der Betriebstemperatur eine halbe Stunde vor Justierung/ Kalibrierung einschalten oder im Standby-Modus belassen. Bei Wechsel des Aufstellorts zwei Stunden bis zum Erreichen der Raumtemperatur warten *(nach Herstellerangaben in der Bedienungsanleitung anpassen)*.

Nummer der vorliegenden Fassung:	Verfasst durch:	Überprüfung und Freigabe durch Apothekenleitung:
Inkrafttreten der vorliegenden Fassung:	Datum: Unterschrift	Datum: Unterschrift

3.) Wartung/ Reinigung

Reinigung in ausgeschaltetem Zustand mit Pinsel oder Tuch (evtl. mit Alkohol getränkt). Beim Abnehmen der Waagschale darauf achten, dass der Schirmring zusammen abgenommen wird und keine Verunreinigungen in die Lagerung kommen können. Jährliche Wartung und Reinigung erfolgt durch Herstellerfirma.

4.) Justierung

Die Waage wird arbeitstäglich (oder dem Gebrauch angemessen) automatisch justiert. Dazu wird nach dem Einschalten die entsprechende Taste gedrückt, das ausgedruckte Protokoll, falls vorhanden, abgezeichnet und die Justierung im Logbuch dokumentiert.

5.) Kalibrierung

In festgelegten Intervallen erfolgt eine Funktionsprüfung (apothekeninterne Kalibrierung) mit externen Prüfgewichten zur Prüfung auf Empfindlichkeit und Wiederholbarkeit (siehe *Kalibrieranweisung Fein-/Präzisionswaage*). *(Nach Bedarf anpassen)*
Jährlich erfolgt eine Kalibrierung durch den Service. Die Eichung erfolgt alle 2 Jahre durch das Eichamt.

6.) Vorgehen bei Funktionsstörungen

Wenn nicht selbst zu beheben, Apothekenleitung informieren und ggf. Servicetechniker bestellen.
Kann das Gerät nicht unmittelbar nach Auftreten der Störung repariert werden, Vermerk „Funktionsstörung, außer Betrieb“ anbringen und im Geräteordner eintragen.
Sämtliche Wartungs- und Reparaturmaßnahmen werden im Logbuch eingetragen.

Service-Adresse:
(Nach Bedarf anpassen)

Nummer der vorliegenden Fassung: 01	Verfasser *Name*
Inkrafttreten der vorliegenden Fassung:	Datum: Unterschrift: